


## Dispositivo burbujeador para la determinación de Arsénico.



**Dispositivo Armado**

Copa de Reacción



Copa Porta Filtro



Erlenmeyer



**Despiece**

Las uniones deben estar perfectamente herméticas. Colocar aceite de silicona (provisto) en cada parte esmerilada de cada pieza para lograr un ajuste completo.

**Código: 904950**